

ACREDITACIÓNH-18

2017-06-21
Revisión: 05

I	II	III	IV	VI				IX
Servicio de Calibración o Medición			Intervalo o punto de medida	Incertidumbre expandida de medida				Observaciones
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida		Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	¿Inc.relativa o absoluta?	
Humedad relativa	Sensores de humedad con clase de exactitud ≥1 % H.R.	Comparación	11 % H.R. a 90 % H.R.	0.98 a 1.4	% H.R.	0.98 a 1.4	absoluta	
Humedad relativa	Sensores de humedad con clase de exactitud ≥ 2 % H.R.	Comparación	>90 % H.R. a 93 % H.R.	1.4 a 1.9	% H.R.	1.4 a 1.9	absoluta	

Por conducto de los siguientes signatarios:

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

1. Enrique Oliva Cabrera
2. Gerardo San Martin Aradillas
3. Francisco Javier Rodriguez Navarrete